

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ГАЗОАНАЛИЗАТОР MONOLIT SL

Предназначен для:

- измерения содержания веществ в отходящих газах топливосжигающих установок;
- измерения температуры и избыточного давления (разрежения) газового потока в точке отбора пробы, а также индикации температуры окружающей среды;
- определения расчетным методом массового выброса загрязняющих веществ.

1. Базовый комплект поставки:

- Газоанализатор
- Кейс
- Пробоотборный зонд длиной 0,3 м с ручкой зонда 2 м.
- Влагоотделитель с фильтром
- Зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом
- Копия методики поверки

2. Измеряемые компоненты и диапазоны измерений.

O₂ до 25% устанавливается обязательно.

Допускается выбор 1 диапазона измерений 2-х разных компонентов.

CO, млн-1	NO, млн-1	NO ₂ , млн-1	SO ₂ , млн-1	CH, % об.	CO ₂ % об.
<input type="checkbox"/> 500	<input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 1 000	<input type="checkbox"/> 1 000	<input type="checkbox"/> 500	<input type="checkbox"/> 2 000	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 100
<input type="checkbox"/> 2 000	<input type="checkbox"/> 2 000	<input type="checkbox"/> 1 000	<input type="checkbox"/> 5 000		
<input type="checkbox"/> 5 000	<input type="checkbox"/> 3 500		<input type="checkbox"/> 10 000		
<input type="checkbox"/> 10 000	<input type="checkbox"/> 5 000				
<input type="checkbox"/> 20 000					
<input type="checkbox"/> 50 000					
<input type="checkbox"/> 10 %					

3. Дополнительные элементы поставки

- Металлокерамический фильтр (устанавливается на зонд)
- Трубка Пито (исполнение П): 0,5 1 1,5 2
- Фильтр очистки газовой пробы, шт. _____
- Поверочные газовые смеси (4, 5, 10 л): _____